

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

3100 Salgótarján Füleki út 54-56

Azonosítószám: 0015450054

adószám: 15450054-2-12

ÁHTI azonosító: 750848

Bankszámlaszám: 10037005-00317667-00000000

Képviseli: **Dr. Bercsényi Lajos** főigazgató főorvos
a továbbiakban: **Vevő** -,

másrészről a

**FIBRE MEDICAL ORVOSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.

Cégjegyzékszám: 01-09-293748

Adószám: 25873078-2-42

Bankszámlaszám: 10918001 – 00000093 – 21900008

Képviselő: Finfera Gergely

- a továbbiakban: **Eladó**, együttesen: **Felek** –
között az alábbi helyen, napon és feltételek szerint.

I. Preambulum

- 1.) A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 81. § szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított EKR000994642018 azonosítószámon és „Különbéle orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyban a 1577/2018. (XI.15.) kormány határozattal megítél „Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében.

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás az Európai Unó Hivatalos Lapjában 2019. 01. hó 02.-án TED 2019/S 001-000280 számon, majd tájékoztatásul a Közbeszerzési Értesítő 2019. 01. hó 03.-án megjelent 2019/2 számában KÉ-24401/2018 számon jelent meg.

- 2.) Az eljárás nyertese a 1. közbeszerzési¹ rész - ultrahang diagnosztikai eszközök beszerzése tekintetében Eladó lett.
A közbeszerzési eljárás összegzésének megküldésnek napja: 2019. 04. hó 30. napja
- 3.) Jelen szerződés elválaszthatatlan része - annak külön fizikai csatolása nélkül - az ajánlati felhívás és dokumentáció, annak mellékletei. Eladó – értékelési szempontok tekintetében tett - ajánlatát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

 ¹ a megfelelő közbeszerzési rész száma kerül beírásra

II. A szerződés tárgya

1) Szerződés tárgya²

1. közbeszerzési rész: különféle ultrahang diagnosztikai eszközök szállítása, üzembe helyezése, betanítása

- 2) Eladó kizárólagos tulajdonát képezik az ajánlatkérési dokumentációban és az Eladó ajánlatában benyújtott, műszaki specifikációban meghatározott szerződés tárgyát képező új orvos-technológiai eszközök, készülékek, gépek (továbbiakban eszközök) 1. sz. melléklet szerint. Eladó feladatát képezi a jelen szerződés keretében az adott közbeszerzési részben meghatározott eszközök leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása Vevő részére, továbbá a jótállási idő alatt a szervizellátás biztosítása is. Az 1. közbeszerzési részben Eladó feladata a Kórházban működő Siemens PACS rendszerhez történő DICOM gépenkénti illesztése is.
- 3) Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a II/1. pont szerinti 1. részajánlatban³ és az 1. számú mellékletben részletezett eszközöket az alábbi szerződéses vételáron. A Kbt. 131. § (2) bekezdésre tekintettel, jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza tételesen az alkalmazott értékelési szempontok szerint Eladó nyertes ajánlatának azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek az eljárás során:

1. rész: különféle ultrahang diagnosztikai eszközök

Nettó szerződéses vételár	118.927.000,- Ft
27% ÁFA	32.110.290,- Ft
Bruttó összegű vételár	151.037.290,- Ft

- 4) A vételár tartalmazza az **1. sz. mellékletben** és a II/1. pont szerint meghatározott eszközök helyszínre történő szállításával, üzembe helyezésével, felhasználói oktatással kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és költséget, továbbá a jótállási idő alatt az Eladó által biztosított szerviz ellátással kapcsolatban felmerülő költségét. Az 1. közbeszerzési részben Eladó feladata a Kórházban működő Siemens PACS rendszerhez történő DICOM gépenkénti illesztése is, de ennek az Eladót a PACS rendszer Szolgáltatója felé terhelő költsége nincs, tekintettel Vevőnek a PACS rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésére. Így a vételár kizárólag, az ezen felüli, - adott esetben Eladó saját érdekkörében - felmerülő költségét tartalmazza.
- 5) A vételár kifizetésével egyidejűleg az eszköz(ök) a Vevő tulajdonába kerülnek.
- 6) **Szállítási határidő:** a szerződés aláírását követő legfeljebb 4 hónap. Vevő előteljesítést elfogad.
- 7) Az átadás időpontjáról az Eladó köteles a Vevőt 15 nappal korábban írásban értesíteni.



² a nem megfelelő rész törlésre kerül

³ megfelelő közbeszerzési rész száma

- 8) **A szerződés teljesítésének helye** (eszközök, tartozékok átadásának, helyszínrre telepítésének, üzembe helyezésének elvégzésének, felhasználók oktatásának):
a Vevő telephelye: 3100 Salgótarján Füleki út 54-56. Hrsz. 2302

9) A szerződés teljesítése

- a) Az Eladó akkor teljesít, ha a szerződés tárgyát képező, a II/ 1. pontban felsorolt eszközöket, azok tartozékait üzembe helyezett és üzemképes állapotban, azok dokumentumaival együtt, magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás átadásával, az átadás-átvételt bizonyító jegyzőkönyvet, valamint az eszközök minden rendszerére kiterjedő felhasználói (kezelői) oktatás megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet Vevő részére átadta.
- b) Eladó az eszközök átvételét és üzembe helyezését követő 5 munkanapon belül az eszközök minden rendszerére kiterjedő, 4 órás, az eszközök felhasználói (kezelői) szintű oktatását köteles biztosítani 2 fő részére Vevő telephelyén.
- c) Az Eladó az eszközök átadásával egyidejűleg különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevő rendelkezésére bocsátani:
- Érvényes CE tanúsítvány és megfelelőségi nyilatkozat bemutatása – (amennyiben az az adott eszközre értelmezhető), amely garantálja, hogy az eszköz Magyarországon jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra. A termék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/ECC, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III.17.) EüM rendelet, 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet). A termék az Európai Unió harmonizált szabványai (eltérés esetén egyenértékű megoldással) és a direktívák alapvető követelményei szerint került legyártásra a szándékolt felhasználási célnak megfelelően.
 - A jogszabály követelményének megfelelő magyar nyelvű elektronikus (kereshető) kezelési és felhasználói kézikönyv (használati utasítás), amelynek összhangban kell lennie az eszközön található és megjelenő összes információval.
 - mindazon tanúsítványok, melyek szükségesek ahhoz, hogy az eszközök Magyarországon működhessenek.
 - magyar nyelvű karbantartási dokumentáció.
 - Jótállási dokumentáció
- d) Vevő az üzembe helyezéstől kezdődően viseli az eszközökkel kapcsolatos terheket.
- e) Az átadás-átvétel során Felek képviselői közösen meggyőződnek az eszközök, annak tartozékai, berendezései műszaki állapotáról, üzemképességéről, használhatóságáról, illetve arról, hogy azok megfelelnek-e az ajánlati dokumentációban előírtaknak, valamint arról, hogy az eszközökhöz tartozó dokumentáció teljes-e.
- f) Amennyiben az eszközök műszaki állapota nem felel meg az ajánlati felhívásban, dokumentációban, Eladó ajánlatában, vagy az eszközökhöz tartozó dokumentációban foglaltaknak, vagy az eszközökhöz tartozó dokumentáció oly mértékben hiányos vagy ellentmondó, hogy az a belföldi használatot nem teszi lehetővé, Vevő az eszközöket nem veszi át.
- g) Amennyiben az eszközök műszaki állapota kifogástalan, ugyanakkor az ahhoz tartozó dokumentáció hiányos vagy ellentmondásos, de a dokumentáció a belföldi alkalmazást lehetővé teszi, úgy Vevő az eszközöket azzal a feltétellel veszi át, hogy a hiányzó dokumentumokat, vagy ellentmondás esetén azok feloldását az Eladó 30 napon belül pótolja, illetve elvégzi.
- h) A szerződés szerű teljesítés elfogadására Vevő képviselőjére, vagy a helyettesítésükre kijelölt személy jogosult, aki II/9/a. pontban foglalt figyelembevételével teljesítés igazolást ad ki.



- i) Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
- j) Vevő nem korlátozhatja az Eladó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
- k) Az Eladó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben változhat a szerződés hatálya alatt, az ott felsorolt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat.

10) Fizetési feltételek

10.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolást eredeti példányát a számlához annak mellékleteként kell csatolni.

10.2. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla nem a jelen szerződésben meghatározott módon kerül kiállításra, azt a Vevő nem fogadja be.

10.3. Eladó a Vevő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően jogosult – közbeszerzési részenként - 1 (egy) darab számlát kiállítani és benyújtani a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés szerint. Vevő az általa, a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Eladó jelen szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

A teljesítés igazolására **Dr. Bercsényi Lajos** főigazgató főorvos jogosult.

A kifizetés és elszámolás magyar forintban történik.

10.4. Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó Ptk 6:155.§ (1) bekezdésében szabályozott mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.

10.5. A jelen szerződés alapján kifizetésre kerülő vételárral kapcsolatos valamennyi adóbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá társadalombiztosítási bevallási és befizetési kötelezettséget Eladó a hatályos jogszabályok alapján maga teljesíti, azzal kapcsolatban a Vevőt semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli.

10.6. Vevő előleget nem fizet.



11) Jótállás, garancia

11.1. Eladó jótállást vállal azért, hogy a szállított eszközök az átadáskor hiba- és hiánymentesek, továbbá mennyiségében és minőségében megfelelnek a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak.

11.2. A jótállással kapcsolatos részletes feltételeket az átadás-átvétel során Vevő részére az eszközzel együtt átadott jótállási dokumentáció tartalmazza.

11.3. Az üzembehelyezést követő teljes garancia az eszközökre 12 hónap, Felek rögzítik, hogy Vevő az eszközökkel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn belül bármikor, a hiba észlelését követő azonnali írásbeli (email, fax, postai úton) értesítéssel jogosult érvényesíteni.

11.4. A jótállási idő alatt a szervizellátást Eladónak kell biztosítania

11.5. Eladó szavatol azért, hogy az eszközök újak, annak tulajdonjogát per-, teher- és bármely egyéb igénytől mentesen ruházza át a Vevőre.

11.6. A Vevő a vásárolt eszközök meghibásodása esetén a meghibásodást írásban jelenti be. Eladó a bejelentett hiba javítását 24 órán belül köteles megkezdeni és azt a technológiai időn belül köteles kijavítani. Amennyiben a hiba kijavítása a 24 órát meghaladja, az Eladó köteles a Vevő részére térítésmentesen csereeszközt biztosítani. Amennyiben az adott eszköz tekintetében a hiba javítása nem értelmezhető, és az kizárólag csak cserélhető az eszköz jellegéből adódóan, úgy Eladó köteles az eszközt 24 órán belül kicserélni.

11.7. Amennyiben az Eladó vitatja, hogy a meghibásodásért jótállás vagy szavatosság keretében felelősséggel tartozik, a hiba kijavításának megkezdése előtt a javítás költségéről előzetesen árajánlatot készít.

12) Szerződészegés

12.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Eladó a szállítási határidővel neki felróható okból késedelembe esik, úgy ezen időtartamra Vevő részére a késedelmi kötbér fizetésére köteles.

12.2. A késedelmi kötbér mértéke a szállítási határidő lejártát követően a késedelemmel érintett nettó szerződéses (II/3) vételár 1 %-a/naptári nap, maximum a teljes nettó szerződéses vételár 15 %-áig amennyiben a késedelemmel érintett határidőre le nem szállított eszköz hiánya más eszköz használatát akadályozza, ellenkező esetben a teljes nettó szerződés szerinti vételár 1 %-a/ naptári nap, maximum a teljes nettó vételár 15 %-a. (az eszközök egyedi nettó árát a szerződés 1.számú melléklete tartalmazza)

12.3. Amennyiben Eladó a jótállás, szavatosság keretében bejelentett hiba esetén a szállított eszköz hibájának kijavítását az erről szóló értesítést követő 24 órán belül nem kezdi meg, vagy azt a technológiai időn belül nem javítja, vagy nem javíttatja meg, vagy nem cseréli ki, akkor a késedelmes napok után naponta (naptári napra vonatkozóan) a hibás eszköz egyedi nettó egyedi vételára 1 %-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni, amennyiben a hibás teljesítéssel érintett eszköz hiánya más eszköz használatát nem akadályozza. Amennyiben a hibás teljesítéssel érintett eszköz hiánya más eszköz használatát akadályozza, úgy a késedelmi kötbér alapja a teljes nettó szerződés szerinti vételár 1 %-a/ naptári nap, maximum a teljes nettó vételár 15 %-a.





Abban az esetben, ha az Eladó a jótállás, szavatosság keretében bejelentett hiba kijavítását 48 órán belül nem kezdi meg, vagy amennyiben – és a hiba az eszköz jellegéből adódóan csak cserével orvosolható – nem cseréli ki, azt a Vevő jogosult mással elvégeztetni, - csere esetén mástól beszerezni - és annak költségét az Eladó felé érvényesíteni. (az eszközök egyedi nettó árát a szerződés 1.számú melléklete tartalmazza)

12.4. A Vevő jogosult a késedelem miatt keletkezett kötbért meghaladó kárát is az Eladó felé érvényesíteni.

12.5. Amennyiben Eladó valamely szerződéses kötelezettsége teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

12.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés teljesítése Eladó felelősségi körében meghiúsul, úgy Eladó, Vevő részére a teljes nettó szerződéses vételárra vetített 25% meghiúsulási fizetésére köteles. Felek a Vevő jogszerű szerződéstől való elállását különösen, de nem kizárólagosan ezen esetnek tekintik.

12.7. Vevő késedelmi kötbérigényét jogosult Eladó számlájával szemben beszámítással is érvényesíteni. Vevő a fentieken túlmenően is jogosult Eladótól a késedelmi kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni.

12.8. Eladó a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit.

III. adásvételi szerződésre vonatkozó egyéb szerződéses feltételek

13.) Titoktartás

13.1. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, valamint a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tény, körülmény és információ üzleti titoknak minősül, és azt a szerződő felek bizalmasnak minősítik.

13.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

13.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat.

13.4. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az azt felfedő azt megkívánja.

13.5. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően korlátlanul fennmarad.

13.6. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha Vevő a szerződést vagy annak részleteit jogszabályi kötelezettség alapján hozza nyilvánosságra.

13.7. Amennyiben valamelyik fél titoktartási kötelezettségét megszegi, a sértett fél a megállapodás felmondásával, vagy anélkül kártérítést követelhet.

13.8. Felek ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené, vagy veszélyeztetné.

14) Bejelentési kötelezettség

14.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.

14.2. A felek az adataiban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

14.3. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt igazoltan személyesen adják át a címzettnek, vagy postán tértivevényes küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon, illetve e-mailben került elküldésre a címzettnek, az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolta.

14.4. Jelen szerződés módosításának, illetve minden, a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat érvényességének feltétele azok írásbeli alakja.

15) A Kbt. kötelezően alkalmazandó előírásai

15.1. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

15.2. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

15.3. A Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.



15.4. A Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

15.5. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

16) Szerződésmódosítás

Jelen szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével, írásban lehetséges. A Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseket ezen túlmenően alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására is (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).

17) Eljárás jogvita esetén

A Felek jelen szerződés teljesítése során törekednek az esetleges vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Az egyeztetés eredménytelensége esetére a Felek a jogvitára a hatáskörtől függően a Salgótarjáni Járásbíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki.

18) Jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit (2013. évi V. törvény), a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.



19) Vegyes és záró rendelkezések

19.1. A szerződés teljesítése során a jognyilatkozatok megtételére, illetve a teljesítés elfogadására az alábbi személyek jogosultak:

Vevő részéről kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó neve: Kővágó Zoltán
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 1988-853
Kapcsolattartó e-mail címe: projektiroda@szlmmk.hu

Eladó részéről:

Kapcsolattartó neve: Szőke Sándor
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 230 8567
Kapcsolattartó e-mail címe: szoke@fibremedical.hu

19.2. Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a jó hírnév védelmére. Ezen szabályok megsértése esetén a sértett fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

19.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, Vevő rendelkezésére bocsátja, azok megváltozását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni. A közlés vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a Vevő nem felel. Az Eladó székhelyében bekövetkező változása esetén az új cím bejelentéséig a régire küldött levelek akkor is kézbesítettnek tekintendők és joghatályosak, ha a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, „cím ismeretlen” vagy más hasonló tartalmú, a kézbesíthetlenség tényét rögzítő jelzéssel érkezik vissza.

19.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Az Eladó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.

20) Záradék

20.1. Felek kijelentik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletében foglaltakat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) megismerték és magukra nézve a jelen szerződés körében is kötelezően betartják.



20.2. A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a jelen szerződést a Kbt. 43. § (1) bekezdés rendelkezései alapján közzéteszi, továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján arról adatigénylés esetén egyéb módon is tájékoztatást ad. Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az Állami Egyészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) szerződés tárába is feltöltésre kerül, úgy Eladó tájékoztatásában foglaltak szerinti mértékben adatainak kezeléséhez egyidejűleg hozzájárul.


22.3. Felek a jelen szerződést – és annak mellékleteit – elolvasták, megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, igazolt képviselőik útján cégszerűen, jóváhagyólag 6 példányban aláírták.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eladó – értékelési szempontok tekintetében tett – ajánlata (Felolvasólap)
2. sz. melléklet: Műszaki specifikáció
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Salgótarján, 2019. év május hó ²² napján


.....
Dr. Bercsényi Lajos
főigazgató főorvos
Szent Lázár Megyei Kórház
Vevő


.....
Finfera Gergely
ügyvezető
FIBRE Medical Orvostechnikai Kft.
Eladó

Ellenjegyzők:




FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
1152 Bp., Illyés Gy. 2-42
Adósz.: 25873078-2-42

1. sz. melléklet.

Eladó – értékelési szempontok tekintetében tett – ajánlata (felolvasólap)

Ajánlattevő ajánlata

1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF, egész számban megadva): 118 927 000
- 2.1. Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) – Jelfeldolgozó csatornák száma (min. 7millió, max. 12millió db, előny a több): 17 000 000
- 2.2. Ultrahang diagnosztikai készülék (Ált. Kardiológiai) – Maximális képfrekvencia B módban (min. 1600 kép/sec, max. 2900 kép/sec, előny a több): 2 915
- 2.3. UH készülék célzott mintavételhez – Jelfeldolgozó csatornák száma (min. 7millió, max. 12millió db, előny a több): 12 582 912
- 2.4. UH készülék célzott mintavételhez - kompatibilis-e a meglévő Mindray gyártmányú D8-4U, SC8-2U és V11- 3HU vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny ha igen): igen
- 2.5. UH készülék célzott mintavételhez - Smart Planes vagy azzal a Műszaki leírás szerint egyenértékű szoftver megléte (Igen/Nem, előny ha igen): igen
- 2.6. Urológiai UH diagnosztikai készülék - kompatibilis-e a meglévő Mindray gyártmányú SC5-1E , CB10-4E, L12-3E típusú vizsgálófejekkel (Igen/Nem, előny ha igen): igen





Ártáblázat:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Gyártó	Típus	Nettó ajánlati egységár (Forint)	Nettó össz ár (Forint)
Ultrahang diagnosztikai készülék (általános radiológia)	1	Esaote	MyLab X7	14 894 000	14 894 000
Ultrahang diagnosztikai készülék (általános kardiológia)	1	Esaote	MyLab 9 eXP	47 372 000	47 372 000
Ultrahang diagnosztikai készülék – Általános Perifériás neurológiai és vaszkuláris vizsgálatokra	1	Esaote	MyLab X7	16 756 000	16 756 000
UH készülék célzott mintavételhez	1	Mindray	Resona 6	22 905 000	22 905 000
Urológiai UH diagnosztikai készülék	1	Mindray	DC-80	17 000 000	17 000 000
Mindösszesen nettó Forint					118 927 000
27% ÁFA					32 110 290
Mindösszesen bruttó Forint					151 037 290

Ultrahang diagnosztikai készülék - Általános radiológiai

Mennyiség 1 db

Gyártó: Esaote S.p.A.

Típus: MyLabX7

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Általános jellemzők			
Monitor mérete	Min. 21"		megfelel, 21,5"
Monitor felbontása	Min. 1920 x 1080		megfelel, 1920 x 1080
Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelületről függetlenül állítható, dönthető monitor	Igen		megfelel, oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelületről függetlenül állítható, dönthető monitor
Érintőképernyős vezérlőfelület	Min. 8"		megfelel, 8,9"
TGC potenciométer	Min. 8 db		megfelel, 8 db
Egygombos képtimalizálás B és doppler módokban	Igen		megfelel, egygombos képtimalizálás B és doppler módokban
Teljesértékű vizsgolófej portok száma (adapter nélkül)	Min. 4 db		megfelel, 4 db
B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékes Power Doppler, PW Doppler	Igen		megfelel, B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékes Power Doppler, PW Doppler
Jelfeldolgozó csatornák száma	Min. 4.000.000 db		megfelel, 4.000.000 db
Vizsgálati frekvenciatartomány	Min. 2 – 18 MHz		megfelel, 1 – 22 MHz
Zoom maximum (real time és utólagos)	Min. 8 x -os		megfelel, 8 x-os
Real time compound technika (pl. Sono MR, Sono CT, Aplipure, iBeam, HI Com vagy ezeknek megfelelő üzemmód) adja meg az üzemmód nevét	Igen, kérjük megadni		megfelel, Mview
Min. 3 fokozatú speciális zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. Xres, Precision Imaging, iClear, HI Rez+ vagy azzal egyenértékű	Igen, kérjük megadni		megfelel, XView



2. sz. melléklet
Műszaki specifikáció

üzemmód), adja meg az üzemmód nevét			
Panoráma képalkotás	Igen		megfelel, panoráma képalkotás
Trapezoid képalkotás	Igen		megfelel, trapezoid képalkotás
Teljes rendszer-dinamika tartomány	Min. 280 dB		megfelel, 300 dB
Maximális vizsgálati mélység	Min. 40 cm		megfelel, 41 cm
Képsebesség numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt	Igen		megfelel, képsebesség numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt
Egyéb paraméterek			
Beépített merevlemez mérete	Min. 500 GB		megfelel, 500 GB
Integrált USB csatlakozó	Igen		megfelel, integrált USB csatlakozó
Képek és klipek exportálása USB meghajtóra	Igen		megfelel, képek és klipek exportálása USB meghajtóra
Fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel	Igen		megfelel, fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel
CD / DVD író	Igen		megfelel, CD / DVD író
Teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, MPPS)	Igen		megfelel, teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, PPS)
WiFi hálózati csatlakozási lehetőség	Igen		megfelel, WiFi hálózati csatlakozási lehetőség
Gyorsindítási lehetőség, stand-by üzemmódból	Max. 20 sec		megfelel, 20 sec
Készülék tömege	Max. 140 kg		megfelel, 65 kg
Konvex vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		AC2541
Teljes frekvenciatartomány sávzélessége	Min. 2.0 – 7.0 MHz		megfelel, 1 – 8 MHz
Vizsgálófej látószöge	Min. 60°		megfelel, 63°
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 35 cm		megfelel, 41 cm
Lineáris vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		L 4 – 15
Teljes frekvenciatartomány sávzélessége	Min. 4.0 – 10.0 MHz		megfelel, 4 – 15 MHz
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 15 cm		megfelel, 16,6 cm
Vizsgálófej szélessége	Min. 40 mm		megfelel, 52 mm

40

Ultrahang diagnosztikai készülék - Általános Kardiológiai

Mennyiség 1 db

Gyártó: Esaote S.p.A.

Típus: MyLab9 eXP

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Általános jellemzők			
Monitor mérete	Min. 21"		megfelel, 24"
Monitor felbontása	Min. 1920 x 1080		megfelel, 1920 x 1080
Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor	Igen		megfelel, oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor
Érintőképernyős vezérlőfelület	Min. 12"		megfelel, 12,1"
TGC potenciométer	Min. 8 db		megfelel, 8 db
Egygombos képtimalizálás B és doppler módokban	Igen		megfelel, egygombos képtimalizálás B és doppler módokban
Teljesértékű vizsgálofej portok száma (adapter nélkül)	Min. 4 db		megfelel, 4 db
Pinless vizsgálofej csatlakozók	Igen		megfelel, pinless vizsgálofej csatlakozók
Jelfeldolgozó csatornák száma 7.000.000 alatt érvénytelen. Előny a több! 7.000.000 a minimális pontszámot kapja. A 12.000.000 és afeletti a maximális pontszámot kapja.	Min. 7.000.000 db Kérjük megadni!	2	megfelel, 17.000.000 db
Vizsgálati frekvenciatartomány	Min. 2 – 20 MHz		megfelel, 1 – 24 MHz
Teljes rendszer-dinamika tartomány	Min. 280 dB		megfelel, 350 dB
Maximális képfrekvencia B módban Az 1600 kép/sec alatt érvénytelen. Az 1600 kép/sec a minimális pontszámot kapja. A 2900 kép/sec és afeletti érték a maximális pontszámot kapja.	Kérjük megadni! min. 1600 kép/sec, előny a több	8	megfelel, 2915 kép/sec
Maximális vizsgálati mélység	Min. 35 cm		megfelel, 44 cm



Zoom maximum (real time és utólagos)	Min. 8 x –es		megfelel, 23 x-os
B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, anatómiai M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékes Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler	Igen		megfelel, B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, anatómiai M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékes Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler
Strain/strain rate üzemmód	Igen		megfelel, strain/strain rate üzemmód
Stress echo üzemmód	Igen		megfelel, stress echo üzemmód
Automatikus EF meghatározó alkalmazás	Igen		megfelel, automatikus EF meghatározó alkalmazás
Real time compound technika (pl. Sono MR, Sono CT, Aplipure, iBeam, HI Com vagy ezeknek megfelelő üzemmód) adja meg az üzemmód nevét	Igen, kérjük megadni		megfelel, MView
Min. 3 fokozatú speciális zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. Xres, Precision Imaging, iClear, HI Rez+ vagy azzal egyenértékű üzemmód), adja meg az üzemmód nevét	Igen, kérjük megadni		megfelel, XView
Egyéb paraméterek			
Beépített képtároló merevlemez mérete	Min. 500 GB		megfelel, 640 GB
Integrált USB csatlakozó	Igen		megfelel, integrált USB csatlakozó
Képek és klipek exportálása USB meghajtóra	Igen		megfelel, képek és klipek exportálása USB meghajtóra
Fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel	Igen		megfelel, fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel
CD / DVD író	Igen		megfelel, CD / DVD író
Teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, MPPS)	Igen		megfelel, teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, MPPS)
Gyorsindítási lehetőség, stand-by üzemmódból	Max. 20 sec		megfelel, 15 sec
Készülék tömege	Max. 140 kg		megfelel, 120 kg
Felnőtt kardiológiai vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		P 1 – 5
Teljes frekvenciatartomány	Min. 1.5 – 4.5 MHz		megfelel, 1 – 5 MHz




sávszélessége			
Vizsgálófej látószöge	Min. 60°		megfelel, 87°
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 35 cm		megfelel, 35 cm
Gyermek kardiológiai vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		P 2 – 9
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 2.5 – 8.0 MHz		megfelel, 2 – 9 MHz
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 25 cm		megfelel, 36 cm
TEE vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		ST2612
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 3.0 – 7.0 MHz		megfelel, 3 – 7 MHz
Vizsgálófej látószöge	Min. 60°		megfelel, 90°
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 15 cm		megfelel, 17,7 cm

Ultrahang diagnosztikai készülék – Általános Perifériás neurológiai és vaszkuláris vizsgálatokra

Mennyiség 1 db

Gyártó: Esaote S.p.A.

Típus: MyLabX7

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Általános jellemzők			
Monitor mérete	Min. 21"		megfelel, 21,5"
Monitor felbontása	Min. 1920 x 1080		megfelel, 1920 x 1080
Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor	Igen		megfelel, oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor
Érintőképernyős vezérlőfelület	Min. 8"		megfelel, 8,9"
TGC potenciométer	Min. 8 db		megfelel, 8 db
Egygombos képtimalizálás B és doppler módokban	Igen		megfelel, egygombos képtimalizálás B és doppler módokban
Teljesértékű vizsgálati portok száma (adapter nélkül)	Min. 4 db		megfelel, 4 db



B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, anatómiai M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékeny Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler	Igen		megfelel, B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, anatómiai M-mód, Color Doppler, Power Doppler, irányérzékeny Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler
Jelfeldolgozó csatornák száma	Min. 4.000.000 db		megfelel, 4.000.000 db
Vizsgálati frekvenciatartomány	Min. 2 – 18 MHz		megfelel, 1 – 22 MHz
Zoom maximum (real time és utólagos)	Min. 8 x –os		megfelel, 8 x-os
Real time compound technika (pl. Sono MR, Sono CT, Aplipure, iBeam, HI Com vagy ezeknek megfelelő üzemmód) adja meg az üzemmód nevét	Igen		megfelel, MView
Min. 3 fokozatú speciális zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. Xres, Precision Imaging, iClear, HI Rez+ vagy azzal egyenértékű üzemmód), adja meg az üzemmód nevét	Min. 3 fokozatban		megfelel, XView
Panoráma képalkotás	Igen		megfelel, panoráma képalkotás
Trapezoid képalkotás	Igen		megfelel, trapezoid képalkotás
Automatikus intima vastagság mérő alkalmazás	Igen		megfelel, automatikus intima vastagság mérő alkalmazás
Teljes rendszer-dinamika tartomány	Min. 280 dB		megfelel, 300 dB
Képsebesség numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt	Igen		megfelel, képsebesség numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt
Maximális vizsgálati mélység	Min. 40 cm		megfelel, 41 cm
Egyéb paraméterek			
Beépített merevlemez mérete	Min. 500 GB		megfelel, 500 GB
Integrált USB csatlakozó	Igen		megfelel, integrált USB csatlakozó
Képek és klipek exportálása USB meghajtóra	Igen		megfelel, képek és klipek exportálása USB meghajtóra
Fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel	Igen		megfelel, fekete – fehér videoprinter on-board vezérléssel
CD / DVD író	Igen		megfelel, CD / DVD író




Teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, MPPS)	Igen		megfelel, teljes DICOM kapcsolat (send, worklist, MPPS)
WiFi hálózati csatlakozási lehetőség	Igen		megfelel, WiFi hálózati csatlakozási lehetőség
Gyorsindítási lehetőség, stand-by üzemmódból	Max. 20 sec		megfelel, 20 sec
Készülék tömege	Max. 140 kg		megfelel, 65 kg
Konvex vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		AC2541
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 2.0 – 7.0 MHz		megfelel, 1 – 8 MHz
Vizsgálófej látószöge	Min. 60°		megfelel, 63°
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 35 cm		megfelel, 41 cm
Lineáris vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		L 3 – 11
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 4.0 – 10.0 MHz		megfelel, 3 – 11 MHz
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 15 cm		megfelel, 17,6 cm
Vizsgálófej szélessége	Min. 40 mm		megfelel, 49 mm
Lineáris vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		SL2325
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 8.0 – 18.0 MHz		megfelel, 6 – 19 MHz
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 8 cm		megfelel, 10 cm
Vizsgálófej látómező	Min. 28 mm		megfelel, 38 mm
Phased array vizsgálófej			
Vizsgálófej megnevezése	Kérjük megadni		P 1 – 5
Teljes frekvenciatartomány sávszélessége	Min. 1.5 – 4.5 MHz		megfelel, 1 – 5 MHz
Vizsgálófej legnagyobb vizsgálati mélysége	Min. 35 cm		megfelel, 35,6 cm
Vizsgálófej látószög	Min. 60°		megfelel, 87°
Vizsgálófej szélessége	Max. 40 mm		megfelel, 25 mm

UH készülék célzott mintavételhez

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Shenzhen **Mindray** Bio-medical Electronics Co., Ltd.

Típus: **Resona 6**



Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Vizsgálati területek:			
Nőgyógyászati vizsgálatok	Igen		Megfelel, nőgyógyászati vizsgálatok
Szülészeti vizsgálatok	Igen		Megfelel, szülészeti vizsgálatok
Képfalkotás műszaki paramétere:			
Rendszer dinamika tartomány	min. 260 dB		megfelel, 300 dB
A készülék által feldolgozott frekvenciatartomány	min. 2,0 – 20,0 MHz		megfelel, 1,1 – 23,0 MHz
Jelfeldolgozó csatornák száma Előny a több! 7.000.000 alatt érvénytelen. 7.000.000 a minimális pontszámot kapja. A 12.000.000 és afeletti a maximális pontszámot kapja.	min. 7.000.000 Kérjük megadni!	2	megfelel, 12.582.912
Vizsgálati mélység	min. 2 - 40 cm		megfelel, 1,5 – 40 cm
Monitor:			
Monitor mérete	min. 21"		megfelel, 21,5"
Monitor felbontása	min. 1920 x 1080		megfelel, 1920 x 1080
Minden irányban mozgatható, magassága a kezelőfelületről függetlenül állítható	Igen		megfelel, minden irányban mozgatható, magassága a kezelőfelületről függetlenül állítható
Kezelőfelület:			
Háttér világítású funkciógombok	Igen		megfelel, háttér világítású funkciógombok
Érintőképernyős kezelőfelület	min. 12"		megfelel, 12,1"
Érintőképernyős kezelőfelület dönthetősége	min. 20°		megfelel, 30°
Elforgatható, állítható magasságú konzol	Igen		megfelel, elforgatható, állítható magasságú konzol
Készenléti (stand-by) üzemmód	Igen		megfelel, készenléti (stand-by) üzemmód
Rendszer felállás készenléti üzemmódból	max. 20 sec		megfelel, 13 sec



Vizsgálófejek:			
Tű nélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozó	Igen		megfelel, tű nélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozó
Egyidőben csatlakoztatható aktív képkötő vizsgálófejek száma	min. 4		megfelel, 4
Vizsgálófejtartók száma a kezelőpulton	min. 4		megfelel, 5
A készülék kompatibilis az intézet szülészeti-nőgyógyászati osztályán használt Mindray gyártmányú D8-4U, SC8-2U és V11-3HU vizsgálófejekkel	Kérjük megadni, előny a megléte	8	megfelel, a készülék kompatibilis az intézet szülészeti-nőgyógyászati osztályán használt Mindray gyártmányú D8-4U, SC8-2U és V11-3HU vizsgálófejekkel
2D konvex hasi vizsgálófej szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokra	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, SC6-1U
2D konvex vizsgálófej monokristályos kialakítású	Igen		megfelel, 2D konvex vizsgálófej monokristályos kialakítású
2D konvex vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 1,5– 5,0 MHz		megfelel, 1,2 – 6,0 MHz
2D Konvex vizsgálófej elemeinek száma	min. 192		megfelel, 192
2D Konvex vizsgálófej látószöge	min. 60 fok		megfelel, 61 fok
Rozsdamentes acél tűvezető feltét	Igen		megfelel, NGB-022
4D konvex hasi vizsgálófej szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokra	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, D8-2U
4D konvex vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 2,5– 7,5 MHz		megfelel, 1,8 -8,2 MHz
4D Konvex vizsgálófej elemeinek száma	min. 192		megfelel, 192
4D Konvex vizsgálófej látószöge	min. 70 fok		megfelel, 76 fok
2D mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej szülészeti-nőgyógyászati vizsgálatokra	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, V11-3HU
2D mikrokonvex vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 4,0– 9,0 MHz		megfelel, 3,0 – 11,0 MHz



2D mikrokonvex vizsgálófej elemeinek száma	min. 192		megfelel, 192
2D mikrokonvex vizsgálófej látószöge	min. 160 fok		megfelel, 170 fok
Rozsdamentes acél tűvezető feltét	Igen		megfelel, NGB-025
Üzem módok:			
B-mód	Igen		megfelel, B-mód
M-mód	Igen		megfelel, M-mód
Color Doppler	Igen		megfelel, Color Doppler
Power Doppler, irány érzékeny	Igen		megfelel, Power Doppler, irány érzékeny
PW Doppler	Igen		megfelel, PW Doppler
Duplex mód	Igen		megfelel, Duplex mód
Triplex mód	Igen		megfelel, Triplex mód
Tűlokalizációs szoftver	Igen		megfelel, iNeedle
3D/4D képalkotás	Igen		megfelel, 3D/4D képalkotás
Képmínőség:			
Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz	Igen		megfelel, Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz
Szöveti felharmonikus megjelenítés	Igen		megfelel, Szöveti felharmonikus megjelenítés
Szemcséesség csökkentő képjavító eljárás (pl. XRES, SRI, HI-REZ, iClear vagy ezekkel egyenértékű technika)	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iClear
A szemcséesség csökkentő képjavító eljárás beállítási fokozatainak száma	min. 3 fokozat		megfelel, 7 fokozat
Real time térbeli compound technika (Sono CT, CrossXBeam, iBeam vagy ezzel egyenértékű technika)	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iBeam
Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával B-módban és PW Doppler-módban élő képen	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iTouch

40

Aktuális élőkép felnagyítása teljes képernyő méretre egyetlen gombnyomással	Igen, kérjük megadni		megfelel, iZoom
Képtárolási lehetőségek:			
Cine memória	Igen		megfelel, Cine memória
Hibrid merevlemez (SSD és HDD egyidőben)	Igen		megfelel, Hibrid merevlemez (SSD és HDD egyidőben)
A beépített merevlemez mérete	min. 1000 GB		megfelel, 1120 GB (1000 GB HDD és 120 GB SSD)
Beépített páciens adatbázis kezelő rendszer	Igen		megfelel, iStation
Nyers adatkezelés	Igen		megfelel, nyers adatkezelés
A készülék merevlemezén tárolt B-módú képeken utólagosan állítható legalább gain, dinamika tartomány, szürke skála, szemcséesség csökkentés	Igen, kérjük megadni		megfelel, gain, dinamika tartomány, szürke skála, szemcséesség csökkentés (iClear) állítható a készülék merevlemezén tárolt B-módú képeken utólagosan
A készülék merevlemezén tárolt Color Doppler módú képeken utólagosan állítható legalább gain, alapvonal, szintérték	Igen, kérjük megadni		megfelel, gain, alapvonal, szintérték állítható a készülék merevlemezén tárolt Color Doppler módú képeken utólagosan
A készülék merevlemezén tárolt PW Doppler módú képeken utólagosan állítható legalább alapvonal, dinamika tartomány, sebesség, szögkorrekció	Igen, kérjük megadni		megfelel, alapvonal, dinamika tartomány, sebesség, szögkorrekció állítható a készülék merevlemezén tárolt PW Doppler módú képeken utólagosan
Készülékbe épített DVD-író / olvasó	Igen		megfelel, készülékbe épített DVD-író / olvasó
Képek exportja USB pen drive-ra közvetlenül az ultrahang készülékről	Igen		megfelel, képek exportja USB pen drive-ra közvetlenül az ultrahang készülékről
Állóképek exportja JPEG vagy BMP vagy TIFF formátumban	Igen, kérjük megadni!		megfelel, JPEG, BMP, TIFF és DCM is
Mozgóképek exportja AVI formátumban	Igen		megfelel, mozgóképek exportja AVI formátumban
Mérési és számítási programok:			



Teljeskörű szülészeti és nőgyógyászati mérő- és leletező programcsomag	Igen		megfelel, teljeskörű szülészeti és nőgyógyászati mérő- és leletező programcsomag
Automaikus szülészeti mérések (min. BPD, HC, OFD, FL, AC)	Igen, kérjük megadni		megfelel, Smart OB (BPD, HC, OFD, FL, AC, TTP, LVW, TVP, TCD, CM)
Automatikus nőgyógyászati mérőprogram	Igen		megfelel, Smart NT
Smart Planes vagy vele egyenértékű szoftver (TCP, TTP, MSP és TVP alap szekcióinak automatikus detektálása, valamint a TCD, CM, BPD, OFD, HC és LVW automatikus mérése)	Kérjük megadni, előny a megléte!	5	megfelel, Smart Planes
Kimenetek, kommunikáció:			
DICOM 3.0	Igen		megfelel, DICOM 3.0
Beépített vezeték nélküli adapter	Igen		megfelel, beépített vezeték nélküli adapter
Beépített ethernet port	Igen		megfelel, beépített ethernet port
USB kimenet	min. 2		megfelel, 5 db
HDMI vagy DVI kimenet	Igen, kérjük megadni		megfelel, HDMI
Fekete-fehér videoprinter	Igen		megfelel, fekete-fehér videoprinter
Zselé melegítő	Igen		megfelel, zselé melegítő

Urológiai UH diagnosztikai készülék

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Shenzhen **Mindray** Bio-medical Electronics Co., Ltd.

Típus: **DC-80**

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Vizsgálati területek:			
Hasi vizsgálatok	Igen		megfelel, hasi vizsgálatok
ÉR- és lágyszóvizsgálatok	Igen		megfelel, ér- és lágyszóvizsgálatok
Urológiai vizsgálatok	Igen		megfelel, urológiai vizsgálatok
Általános adatok:			
Digitális beamformer	Igen		megfelel, digitális beamformer





Rendszer dinamika tartomány	min. 240 dB		megfelel, 300 dB
Szűrkeségi fokozatok száma	min. 256		megfelel, 256
Minimális vizsgálati mélység	max. 2 cm		megfelel, 1,5 cm
Maximális vizsgálati mélység	min. 36 cm		megfelel, 40 cm
Zoom élő és fagyasztott képen	min. 10x		megfelel, 10x
Fókuszok száma	min. 4		megfelel, 4
TGC sávok	min. 8		megfelel, 8
Stand-by mód	Igen		megfelel, stand-by mód
Gyorsindítás stand-by módból	max. 20 sec		megfelel, 15 sec
Monitor:			
Monitor mérete	min. 21"		megfelel, 21,5"
Monitor felbontása	min. 1920x1080		megfelel, 1920 x 1080
Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor	Igen		megfelel, oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor
Kezelőfelület:			
Állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület	Igen		megfelel, állítható magasságú, géptesttől függetlenül elforgatható kezelőfelület
Háttér világítású funkciógombok			megfelel, háttér világítású funkciógombok
Színes, érintőképernyős kezelőfelület	min. 12"		megfelel, 12,1"
Érintőképernyő dőlésszöge állítható	min. 20°		megfelel, 30°
Vizsgálófejek:			
Egyidőben csatlakoztatható aktív vizsgálófejek száma	min. 4 db		megfelel, 4 db
Vizsgálófejtartók száma a kezelőpulton	min. 4 db		megfelel, 5 db
Beépített vagy külsőleg csatlakoztatott zselémelegítő	Igen		megfelel, beépített zselémelegítő
A készülék kompatibilis az intézmény urológiai osztályán	Kérjük megadni, előny a megléte!	5	megfelel, a készülék kompatibilis az intézmény urológiai osztályán

használt Mindray gyártmányú SC5-1E, CB10-4E, L12-3E típusú vizsgálófejekkel			használt Mindray gyártmányú SC5-1E, CB10-4E, L12-3E típusú vizsgálófejekkel
Konvex vizsgálófej	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, SC5-1E
Konvex vizsgálófej monokristályos kialakítású	Igen		megfelel, konvex vizsgálófej monokristályos kialakítású
Konvex vizsgálófej kristályelemeinek száma	min. 192 db		megfelel, 192 db
Konvex vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 1,5 – 5,5 MHz		megfelel, 1,3 – 5,7 MHz
Konvex vizsgálófej látószöge	Min. 60°		megfelel, 60°
Rozsdamentes acél tűvezető feltét a konvex vizsgálófejhez	Igen		megfelel, NGB-031
Lineáris vizsgálófej	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, L12-3E
Lineáris vizsgálófej kristályelemeinek száma	min. 192		megfelel, 192
Lineáris vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 4,0 – 9,0 MHz		megfelel, 3,0 – 14,0 MHz
Rozsdamentes acél tűvezető feltét a lineáris vizsgálófejhez	Igen		megfelel, NGB-007
Bi-plane rektális vizsgálófej	Igen, kérjük a típusát megadni		megfelel, CB10-4E
Bi-plane rektális vizsgálófej elemeinek száma	min. 128/128		megfelel, 128/128
Bi-plane rektális vizsgálófej frekvenciatartománya	min. 5,0 – 10,0 MHz		megfelel, 2,6 – 12,8 MHz
Bi-plane rektális vizsgálófej látószöge	min. 160/160°		megfelel, 165/165°
Rozsdamentes acél tűvezető feltét a bi-plane rektális vizsgálófejhez	Igen		megfelel, NGB-004
Üzem módok:			
B-mód	Igen		megfelel, B-mód
Maximális másodpercenkénti képszám (frame rate) B-módban	min. 1300 f/s		megfelel, 1333 f/s



2. sz. melléklet
Műszaki specifikáció

M-mód	Igen		megfelel, M-mód
Color Doppler	Igen		megfelel, Color Doppler
Power Doppler	Igen		megfelel, Power Doppler
PW Doppler	Igen		megfelel, PW Doppler
Duplex mód	Igen		megfelel, Duplex mód
Triplex mód	Igen		megfelel, Triplex mód
Trapezoid képalkotás	Igen		megfelel, Trapezoid képalkotás
Túlokalizációs szoftver	Igen		megfelel, iNeedle
Shear wave elasztográfia a megajánlott konvex vizsgálófejjel	Igen		megfelel, Shear wave elasztográfia a megajánlott konvex vizsgálófejjel
Strain elasztográfia a megajánlott lineáris vizsgálófejjel	Igen		megfelel, Strain elasztográfia a megajánlott lineáris vizsgálófejjel
Panoráma képalkotás	Igen		Igen, iScape
Képmínőség			
Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz	Igen		megfelel, beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz
Szöveti felharmonikus megjelenítés	Igen		megfelel, szöveti felharmonikus megjelenítés
Többfokozatú szemcsésség csökkentő képjavító eljárás (pl. XRES, SRI, iClear vagy ezekkel egyenértékű technika)	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iClear
Többfokozatú real time térbeli compound technika (Sono CT, CrossXBeam, iBeam vagy ezekkel egyenértékű technika)	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iBeam
Automatikus képtimalizálás egy gomb megnyomásával B-módban és PW Doppler-módban élő képen	Igen, kérjük az elnevezését megadni		megfelel, iTouch
Aktuális élőkép felnagyítása teljes képernyő méretre egyetlen gombnyomással	Igen		megfelel, iZoom
Képtárolási lehetőségek:			
Cine memória	Igen		megfelel, cine memória





A készülékbe beépített merevlemez mérete	min. 500 GB		megfelel, 1000 GB
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott B-módú képeken utólagosan állítható paraméterek	min. erősítés, dinamika tartomány, szürke skála és a szemcséesség csökkentés		megfelel, erősítés, dinamika tartomány, szürke skála és a szemcséesség csökkentés állítható a készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott B-módú képeken utólagosan
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott Color Doppler képeken utólagosan állítható paraméterek	min. erősítés, színtérkép és az alapvonal		megfelel, erősítés, színtérkép és az alapvonal állítható a készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott Color Doppler képeken utólagosan
A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW Doppler képeken utólagosan állítható paraméterek	min. alapvonal, szögkorrekció, sebesség és a dinamika tartomány		megfelel, alapvonal, szögkorrekció, sebesség és a dinamika tartomány állítható a készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW Doppler képeken utólagosan
Beépített páciens adatbázis kezelő rendszer	Igen		megfelel, iStation
Készülékbe beépített DVD-író / olvasó	Igen		megfelel, készülékbe beépített DVD-író / olvasó
Képek exportja USB pen drive-ra	Igen		megfelel, képek exportja USB pen drive-ra
Állóképek exportja JPEG, vagy BMP, vagy TIFF formátumban	Igen, kérjük megadni!		megfelel, JPEG, BMP, TIFF és DCM is
Mozgóképek exportja AVI formátumban	Igen		megfelel, mozgóképek exportja AVI formátumban
Mérési és számítási programok:			
Radiológiai és urológiai komplex mérő- és leletező program	Igen		megfelel, radiológiai és urológiai komplex mérő- és leletező program
Auto IMT mérés	Igen		megfelel, auto IMT mérés
Kimenetek, perifériák:			
USB kimenet	min. 3 db		megfelel, 6 db

Handwritten signature

Ethernet	Igen		megfelel, ethernet
VGA vagy DVI vagy HDMI kimenet	Igen, kérjük megadni		megfelel, VGA, DVI és HDMI is
DICOM 3.0	Min. Print, Verify, Store, Worklist		megfelel, Print, Verify, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist
Fekete-fehér videoprinter	Igen		megfelel, fekete-fehér videoprinter

Budapest, 2019. február 13.



FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
 1152 Bp., Illyés Gy. 2-4.
 Adósz.: 25873078-2-42


 cégszerű aláírás

Átláthatósági nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott **belföldi vagy külföldi, jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek¹ részére**, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Finfera Gergely
Születéskori név: Finfera Gergely
Anyja neve: Pesti Zsuzsanna
Születési helye, ideje: Budapest, 1981. július 12.

mint a

Gazdálkodó szervezet: FIBRE Medical Orvostechikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.
Adószáma: 25873078 – 2 – 42

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 0109293748

törvényes képviselőjeként – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.

Az általam képviselt szervezet olyan²

- **belföldi jogi személy**
- külföldi jogi személy
- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely **megfelel a következő együttes feltételeknek:**

- a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,
- b) adóilletőséggel rendelkezik³
 - az Európai Unió tagállamában
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
 - olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország:[ország megnevezése];
- c) az általam képviselt szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. törvény 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szervezeti joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak.**

¹ Ptk 685.§ c) szerint „gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

² A megfelelő válasz aláhúzendó.

³ A megfelelő válasz aláhúzendó.

3. sz. melléklet
Átláthatósági


Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni azzal, hogy ahol e szakasz a kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Szent Lázár Megyei Kórház részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Salgótarján, 2019. május (hó) ²²..... (nap).


.....
Finfera Gergely
ügyvezető

FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
1152 Bp., Illyés Gy. 2-4.
Adósz.: 25873078-2-42



Szent Lázár Megyei Kórház

ALAPÍTVÁ: 1870

NYILATKOZAT

a Fibre Medical Orvostechnikai Kft. szerződött partner szerződéséhez

Alulírott, Finfera Gergely ügyvezető a Fibre Medical Orvostechnikai Kft. képviseletében, hozzájárulok, hogy a **Szent Lázár Megyei Kórház** intézménnyel kötött vonatkozó szerződés az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) ágazati szerződéstárba feltöltésre kerüljön, továbbá a szerzőségi tartalmi elemei **„ideértve a szerződésben szereplő szerződéses partnerekre vonatkozó személyes adatokat is”** hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötött adatfeldolgozási tevékenységet végezhetnek a szerződéstár adatkezelői, adatfeldolgozói, az Intézmény és az ÁEEK arra feljogosított személyei.

Dátum: Salgótarján, 2019. május 22.

.....
Finfera Gergely
ügyvezető
FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
1152 Bp., Illyés Gy. 2-4.
Adósz.: 25873078-2-42



Szent Lázár Megyei Kórház
ALAPÍTVÁ 1870

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ / SZERZŐDÖTT PARTNEREK TERMÉSZETES
SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ

Jelen nyilatkozat a OC/1-100/2019 iktatószámú, **FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** szerződő partner szerződésének függeléke.

AZ ÉRINTETT NEVE:	Finfera Gergely
BEOSZTÁSA:	ügyvezető
CÍME:	1161 Budapest Iskola utca 33
TELEFONSZÁMA:	+36 30 585 5877
E-MAIL CÍME:	finfera@fibremedical.hu
ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):	Nem releváns

INFORMÁCIÓK:

ADATKEZELŐ:	Szent Lázár Megyei Kórház
AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:	http://www.szlmk.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:	Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:	Az érintett hozzájárulása
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:	A Társaság ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:	Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői /kapcsolattartói minőségének fennállását követő 8 évig

A Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodási és tájékoztatói kötelezettsége okán a személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek (pl. a fenntartónak, ellenőrző hatóságnak).

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

- Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
- Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
- Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani
- Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
- További információk a Kórház honlapján elérhető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában olvashatók.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

Jelen nyilatkozatot a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban, a Modern Városok Program keretén belül a „**Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése**” tárgyú fejlesztési projekttel összefüggésben, „**Különbéle orvostechnikai eszközök beszerzése**” 1. közbeszerzési rész tekintetében kötendő vállalozási szerződés kapcsán tettem.

Kelt: Salgótarján, 2019. május (hó) 22. (nap).

.....
Finferá Gergely
ügyvezető
FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
1152 Bp., Illyés Gy. 2-4.
Adósz.: 25873078-2-42



SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

MUNKAVÉDELEM

Cím: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Tel.: 32/522-000 Fax: 32/317-489

Tisztelt Partner!

Kérjük, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház területére történő belépés előtt saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, majd a lap alján aláírásával igazolja, hogy megértette tájékoztatóban foglaltakat.

A Szent Lázár Megyei Kórház célja, hogy megakadályozzon minden balesetet, ami alkalmazottait, vállalkozóit és más a munkahelyeinket meglátogató személyeket érheti.

Annak érdekében, hogy külsős partnereink biztonságát biztosítani tudjuk, az alábbiakban felsorolt szabályokat kell betartania, amikor a Szent Lázár Megyei Kórházban munkát végeznek. Az Ön felelőssége, hogy ezeket a szabályokat megértse és betartsa a Szent Lázár Megyei Kórházában töltött munkavégzése során.

- 1.) A külsős partnerek csak a felelős területi vezető vagy az általa kijelölt kontaktszemély előzetes egyeztetését követően léphetnek a Kórház területekre technológia látogatás/munkavégzés céljából.
A Kórház területén a mágneskártyával, számozás ajtóval lezárt területekre kizárólag az arra felhatalmazott személyek, kísérettel léphetnek be. Az előírás szerint megfelelő egyszer használatos öltözetben.
A külsős partnerek esetében, ha a szerződése megengedi az önálló munkavégzést, akkor a feladat megbeszélése után kísérelő nélkül végezheti a munkát.
- 2.) A Szent Lázár Megyei Kórház területén tartózkodás, munkavégzés során Ön felelős a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályok valamint a jogszabályok betartásáért. A biztonsági előírások betartását a Szent Lázár Megyei Kórház illetékesei ellenőrizhetik. Felelőssége kiterjed az ön által okozott károkért való felelősségre is.
- 3.) Mint külsős partner köteles a munkáját az elvárható szakértelemmel és pontossággal, a vonatkozó szakmai szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, munkatársaival a Szent Lázár Megyei Kórház személyzetével együttműködni és munkáját úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy az mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását, vagy helytelen megítélését ne okozza. Szükségtelenül ne zavarja a munkavállalókat munkavégzés közben, mert ezzel balesetet okozhat. Partnereinknek tilos esetleges fertőző betegségben lévő, drogos, vagy alkoholos állapotban, a Szent Lázár Megyei Kórház területére belépni, ott munkát végezni.
- 4.) A biztonságos látogatás/munkavégzés érdekében egyéni védőfelszerelést kell viselni, használatuk kötelező. Az üzemi területre történő belépéshez mechanikai veszélyek elleni biztonsági cipőt, a kijelölt területeken védőszemüveget kell viselni. Amennyiben a gépek, berendezések között, vagy olyan helyen történik a munkavégzés, ahol beütés, vagy leeső tárgyak jelenlétével kell számolni, akkor védősisakot is viselnie kell. Továbbá minden szabadtéri építési területen.

Minden olyan munkavédelmi felszerelés, berendezés biztosítása a területen munkát végző munkavállalók számára, ami az adott munka elvégzéséhez jogszabályban előírt, a külsős partner feladata.

A Kórház területén található valamennyi figyelmeztető jelzést tartsa be, azok az Ön védelme érdekében kerültek kifüggesztésre.

- 5.) Amennyiben a látogatása vagy munkavégzése során a kijelölt munkavégzési helyszíntől eltérő területen tartózkodik, akkor kérjük, hogy figyelmesen közlekedjen. Előfordulhatnak betegszállítások, vér és szövetminta szállítások, betegellátáshoz szükséges steril alapanyag szállítások, ételszállítások stb..., melyek végrehajtását akadályoztatni, szigorúan tilos.
Felhívjuk külsős partnereink figyelmét, hogy munkaruhaként viseljen hosszú nadrágot és legalább olyan felsőrészt, amely a nadrág tetejétől a karjának közepéig takarja a testét.
- 6.) A szokásos hitelesítési vagy ellenőrzési karbantartási munkákon felüli munkavégzésre készítsen tervet, amely a munka ütemezésén, személyi és tárgyi feltételein túl a biztonsági előírásokra is kiterjed, ezt a tervet az Üzemeltetési osztály osztályvezetőjének kell eljuttatni.
- 7.) Ha Ön karbantartási munka végzésére érkezett a munka megkezdése előtt köteles az Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjével, vagy helyettesével egyeztetni a munkavégzést. A karbantartási munka területét, adott esetben biztonsági zónáját köteles jól látható módon lehatárolni gondoskodni arról, hogy oda illetéktelenek ne léphessenek be.
- 8.) Ha a munkavégzéshez létrát vagy állványt kell használnia csak bevizsgált, szabványnak megfelelő biztonsági létrát és a várható terhelést elbíró kellő szilárdságú állványzatot használhat. Biztonsági létrát állványnak használni TILOS!
- 9.) Tetőn végzett munka során gondoskodni kell a megfelelő védőkorlátról, védősávról, kikötési pontokról, zuhanás gátlók alkalmazásáról stb... Magasban végzett munkának minősül minden, ami meghaladja a 2,0 métert.
- 10.) Gázpalackok kezelése során mindig tartsa be a vonatkozó BM rendelet gázpalackra vonatkozó előírásait.
- 11.) A Szent Lázár Megyei Kórház területén nyílt lánggal, erős hő fejlődéssel, szikraképződéssel járó munkák- úgynevezett Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység - engedélyhez kötöttek. Az engedélyt minden esetben Önnek kell kiállítania és a Szent Lázár Megyei Kórház illetékesével láttamoztatni, az engedély egy példányának a munkavégzés helyén kell lenni.
- 12.) Bármilyen energialekapcsolással járó karbantartási munkát köteles az illetékes Üzemeltetési Osztály osztályvezetővel, vagy helyettesével (műszaki osztály) egyeztetni
- 13.) A munkavégzés megkezdése előtt minden esetben vizsgálja meg a szükséges munkaeszközeinek, elektromos,- és mechanikus kéziszerszámainak biztonságos állapotát, nem megfelelő vagy sérült eszközzel ne kezdje el a munkavégzést.
- 14.) Lépcsők használata során lassan menjen és figyelje, hogy hova lép. A Szent Lázár Megyei Kórház területén tilos futni.
- 15.) Dohányozni a Szent Lázár Megyei Kórház területén Szigorúan Tilos, csak a bejárat melletti kijelölt helyen van lehetőség. A kijelölt helyet tábla jelzi.

- 16.) Egy esetleges vészhelyzet esetén az Önhöz legközelebbi vészkijáraton hagyja el a Szent Lázár Megyei Kórház épületét és a kontaktpartnerét erről értesítse. A Szent Lázár Megyei Kórház területén történő rendkívüli esemény, veszély a tűz jelzése hangos sziréna jelzéssel történik. Ha szerződése alapján önállóan végez munkát, akkor a lehető legrövidebb útvonalon hagyja el a területet, kérjük, hogy az épület elhagyása után a biztonsági szolgálatnál vagy a kijelölt gyülekező pontokon jelentkezzen.
- 17.) Amennyiben balesetet szenved a Szent Lázár Megyei Kórház-ban töltött látogatása/munkavégzése során, fájadjon közvetlenül a Sürgősségi Baleseti Osztályra. Az illetékes területi vezetőt vagy az általa kijelölt kontaktszemélyt minden esetben értesíteni kell az Önt ért balesetről.


Kérjük, segítse a munkánkat, hogy a látogatás/munkavégzése során a Szent Lázár Megyei Kórház biztonságával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit megosszja velünk.

Segítő közreműködését köszönve:

Szent Lázár Megyei Kórház vezetése

A fent leírtakat elolvastam, tudomásul vettem és a munkavégzés során alkalmazom.

Salgótarján, 2019. május²²

.....


Finfera Gergely
ügyvezető
FIBRE Medical Orvostechnikai Kft.

PH

FIBRE MEDICAL
Orvostechnikai Kft.
1152 Bp., Illyés Gy. 2-4
Adósz.: 25873078-2-42

Bank Balázs, szervizvezető

külsős munkavállalók képviselője (olvasható név, beosztás, aláírás)

Szőke Sándor, értékesítési vezető

külsős munkavállalók képviselője (olvasható név, beosztás, aláírás)