

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetményel induló) - EKR000415332021

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szent Lázár Megyei Kórház**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szent Lázár Megyei Kórház	Nemzeti azonosítószám	15450054212				
Postai cím:	Füleki Út 54-56						
Város:	Salgótarján	NUTS-kód:	HU313	Postai irányítószám:	3100	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:		Kovács	Krisztina				
E-mail:	muszak@szlmk.hu	Telefon:	+36 32522000	Fax:	+36 32317359		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szlmk.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft.	Nemzeti azonosítószám	10657720243				
Postai cím:	Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1096	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:		Majorosné Kanyó	Mária				
E-mail:	info@quadratkft.hu	Telefon:	+36 209216860	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:							
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzése a Szent Lázár Megyei Kórházba

1 db Hordozható digitális röntgen berendezés beszerzés

2021 gyártási évnél nem régebbi, kórtermekben használható, mobilan mozgatható, direkt digitális mobil röntgen berendezés

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

10915/2021

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1223 Budapest, Erzsébet királyné Út 2-8.

28970909243

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

Nettó ajánlati ár (Ft) 23 400 000

Maximális csóáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA) 400

Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron) 139

DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%) 70

A berendezés maximális magassága 'transzport' pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 mm) 1 354

Fókuszpont 'kinyúlása' oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 mm, legkedvezőtlenebb 870 mm) 877

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1023 Budapest, Bécsi Út 4

13870975241

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

Nettó ajánlati ár (Ft) 23 800 000

Maximális csóáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA) 630

Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron) 150

DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%) 61

A berendezés maximális magassága 'transzport' pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 mm) 1 350

Fókuszpont 'kinyúlása' oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 mm, legkedvezőtlenebb 870 mm) 1 430

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Alkalmasság indoklása: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek.

Nettó ajánlati ár (Ft) 26 900 000

Maximális csóáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA) 400

Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron) 125

DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%) 70

A berendezés maximális magassága 'transzport' pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 mm) 1 270

Fókuszpont 'kinyúlása' oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 mm, legkedvezőtlenebb 870 mm) 1 203

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

ajánlattevőnként:

FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 951.75

Szöveges értékelés:

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 932.14

Szöveges értékelés:

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 808.92

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Nettó ajánlati ár Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Avizsgált

Maximális csőáram min. 300 mA (legkedvezőbb 400 mA, legkedvezőtlenebb 300 mA) 300 mA megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 300 mA megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 400 mA vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb

Pixel méret (legkedvezőbb 140 mikron, legkedvezőtlenebb 185 mikron) 185 mikron megajánlás felett az ajánlat érvénytelen. 185 mikron megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, a 140 mikron vagy annál kevesebb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb

DQE @ 0lp/mm min. 60% (legkedvezőbb 70%, legkedvezőtlenebb 60%) 60 % megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 60 % megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 70 % vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb

A berendezés maximális magassága 'transzport' pozícióban max. 1860 mm (legkedvezőbb 1360 mm, legkedvezőtlenebb 1860 mm) 1860 mm megajánlás felett az ajánlat érvénytelen. 1860 mm megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 1360 mm vagy annál kisebb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőbb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Alegkedvezőbb-Alegkedvezőbb

Fókuszpont 'kinyúlása' oldal irányban a berendezés szélétől függőleges sugárirány esetén min. 870 mm (legkedvezőbb 1070 mm, legkedvezőtlenebb 870 mm) 870 mm megajánlás alatt az ajánlat érvénytelen. 870 mm megajánlás (legkedvezőtlenebb érték) 0 pontot kap, 1070 mm vagy annál nagyobb (legkedvezőbb érték) megajánlás max. 10 pontot kap, a további megajánlott értékeket.
2-6. értékelési szempont: Ajánlatkérő a Miniszterelnökség által kiadott Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához alapján értékeli.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$$

Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb

- P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
- Pmax: a pontskála felső határa

- Pmin: a pontskála alsó határa
 - Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
 - Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
- Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

FOREX MEDICAL Kórháztechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 28970909243
Magyarország 1223 Budapest, Erzsébet királyné Út 2-8.

Ellenszolgáltatás összege: 23 400 000 Ft

Indoklás: Ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő nyilatkozatai és közhiteles adatbázisok lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevő szakmai ajánlata rendben van. A felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
FUJIFILM HUNGARY KFT., Magyarország 1107 Budapest, Ceglédi Út 2.	10495311242

Érvénytelenítés jogcíme:

- Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenség indoka:

- nem csatolta az ajánlatában a szakmai ajánlatot

MQS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 23323481213
Vác, Sas Utca 8. 1. em. 4.

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenség indoka:

- nem csatolt aláírt szakmai ajánlatot
- a műszaki adatlap és termékismertető nem magyar nyelven került benyújtásra, fordítás nem került becsatolásra
- nem csatolta aláírási címpéldányát/aláírás mintáját
- nem csatolt referencia nyilatkozatot/igazolást

MediPixel Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1038 Budapest,
Tündérliget Utca 12/G

11815774241

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenség indoka:

- nem csatolta a közbeszerzési dokumentum 3. kötetének kitöltött példányát, az ajánlati ár táblázatot
- nem csatolta a műszaki-szakmai alkalmasság igazolására vonatkozó referencia igazolást/nyilatkozatot

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2021.07.09 Lejárata: 2021.07.19

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021.07.08

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021.07.08

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)