



*Első Magyar  
Önkormányzati  
Vagyon- és Adósságkezelő Kft.*

## Tárgy: Ajánlattételi felhívás megküldése

**Tisztelt Ajánlattevő!**

Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft a „**Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban**” elnevezésű **TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0020** azonosítószerű projekthez kapcsolódó **orvosi eszközök adásvétele és üzembe helyezése, valamint kezelésének jegyzőkönyvezett oktatása**” tárgyú eljárásban csatoltan megküldi az Ajánlattételi felhívást.

Budapest, 2015. július 10.

Tisztelettel:

Dr. Móricz Zsolt  
ügyvezető

Első Magyar Önkormányzati  
Vagyon és Adósságkezelő Kft.  
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11  
Cg: 01-09-730411  
Adószám: 13343385-2-41

**kapiák**: valamennyi ajánlattevő

## AJÁNLATTELELI FELHÍVÁS

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló **2011. évi CVIII. törvény** (a továbbiakban Kbt.) szerinti Kbt. 85.§ (2) bekezdés szerinti gyorsított meghívásos eljárást folytat le.

### 1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

neve:	<b>Szent Lázár Megyei Kórház</b>
székhelye:	3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
levelezési címe:	3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
telefonszáma:	+36 32522019
telefaxszáma:	+36 32311779
e-mail címe:	sztlmk@globonet.hu; sztlazar@globonet.hu
kapcsolattartó:	Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos
képviselője:	<b>Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.</b>
címe:	1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11., 4. emelet
telefonszáma:	+36 13028011
telefaxszáma:	+36 12690268
e-mail címe:	<a href="mailto:kozbeszerzes@emort.hu">kozbeszerzes@emort.hu</a>

### 2.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

Adásvételi szerződés / A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő CT és DSA berendezések cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint.

I. rész: CT berendezés: 1 db 64 szeletes CT berendezés

II. rész: DSA berendezés: 1 db DSA berendezés

A cserélendő (meglévő) berendezések alapadatai:

1 db Siemens Somatom Emotion CT berendezés

1 db Siemens Axiom Artis FA DSA berendezés

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, kezelésük jegyzőkönyvezett oktatása, a meglévő berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása.

A szakszerű telepítéshez és üzembe helyezéshez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák elvégzése.

**3.) A szerződés meghatározása:** A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő CT és DSA berendezések cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.

**4.) CPV kódszám**

33100000-1 Orvosi felszerelések

1. Rész: 33115100-0 CT letapogató készülékek
2. Rész: 33111721-1 Digitális angiográfiai eszközök

**5.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:** a szerződés aláírásától számított 90 nap.

**6.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra:** TED 2015/S 117-211093, 2015.06.19.

**7.)** A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatkérő elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőknek.

**8.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá:** Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a Kbt. 56. § (1) a-k.) pontjaiban és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alá, illetve arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

**9.) Az ajánlatok bírálati szempontja:** Az összességében legelőnyösebb ajánlat a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszerzőpontok szerint.

Az értékelés szempontjai, súlyszámai I. (CT) részajánlati körben:

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 233
2. Műszaki tartalom súlyszám: 100

Az értékelés szempontjai, súlyszámai II. (DSA) részajánlati körben:

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 175
2. Műszaki tartalom súlyszám: 75

**CT berendezés**

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Minimum-követelmény vagy értékelési alszempont	Ajánlott paraméter
<b>Gantry</b>				
Legrövidebb teljes (360 fokos) forgási idő 0,35 sec-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 0,3 seca maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.	Max. 0,35 sec	S=10	Értékelési alszempont	
Gantry-nyílás átmérője (felszerelt burkolattal) 70 cm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 80 cm a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.	Min. 70 cm	S=10	Értékelési alszempont	
<b>Detektor rendszer</b>				
Legvékonyabb detektor sorok z-irányú mérete az izocentrumban mérve (kollimáció nélkül) 0,63 mm-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 0,6 sec a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.	Max. 0,63 mm	S=10	Értékelési alszempont	
<b>Röntgentechnikai paraméterek</b>				
Vizsgálat során alkalmazható legkisebb kV érték 80 kV-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 70 kV a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.	Max. 80kV	S=10	Értékelési alszempont	
A legkisebb fókuszpont méretei IEC 60 336/2005 szerint	Max. 0,7 mm <sup>2</sup>	S=10	Értékelési alszempont	

<p>megadott méretekből. A két méret (hossz és szélesség) szorzataként mm<sup>2</sup>-ben</p> <p>0,7 mm<sup>2</sup>-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 0,5 mm<sup>2</sup> a maximális pontszámot kapja.</p> <p>Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik</p>				
<p>A legnagyobb fókuszpont területe IEC 60 336/2005 szerint megadott méretekből. A két méret (hossz és szélesség) szorzataként mm<sup>2</sup>-ben</p> <p>2 mm<sup>2</sup>-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, az 1 mm<sup>2</sup> a maximális pontszámot kapja.</p> <p>Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik</p>	Max. 2 mm <sup>2</sup> .	S=10	Értékelési alszempont	
<b>CT vezérlőpult és számítógép rendszer</b>				
<p>Rekonstrukció maximális sebessége (512x512 mátrix esetén) teljeskörű cone beam korrekcióval és FBP mellett</p> <p>35 kép/sec-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 60 kép/sec a maximális pontszámot kapja.</p> <p>Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik</p>	Min. 35 kép/s	S=10	Értékelési alszempont	
<b>Vizsgálatra vonatkozó elvárások</b>				
Helikális / spirál mérés				
<p>Folyamatos egyszeres spirál max. ideje</p> <p>A 60 sec-nél rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 80 sec a maximális pontszámot kapja.</p> <p>Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik</p>	Min. 60 s	S=10	Értékelési alszempont	
<b>Mérési programok</b>				
Pediátriai protokollok legfeljebb	Kérjük	S=20	Értékelési	

70 kV, alacsony dózissal Előny a megléte	megadni!		alszempont	
---	----------	--	------------	--

### DSA berendezés

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Minimum- követelmény vagy értékelési alszempont	Ajánlott paraméter
<b>C-ív mozgás</b>				
Hosszirányú C-ív mozgás Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10		
A C-íves szerkezet mozgatása a detektoron elhelyezett kezelő gombokkal is lehetséges (min. LAO/RAO, CRAN/CAUD) Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10		
<b>Vizsgálóasztal</b>				
Az asztal maximális teherbírása Előny a nagyobb érték  A 200 kg alatti értékek érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a 340 kg feletti érték a maximális pontszámot kapja.  Közötte a pontkiosztás arányosítás képletével történik.	Min. 200 kg Kérjük megadni!	S=10		
<b>Röntgen cső</b>				
Flat emmitter technológiájú fókusz kialakítás Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=15		
Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással	Kérjük megadni!	S=5		

Előny a megléte!				
<b>Kollimátor</b>				
A detektor függőleges tengely mentén történő elfordulását (kép helyzet megtartásával) automatikusan követi Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=15		
<b>Angiográfias alkalmazások</b>				
Asztalléptetéses angiográfia Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10		

**10.) Hiánypótlás lehetősége:**

Az ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint

**11.) Ajánlattételi határidő:** 2015. július 20. hétfő, 10:00 óra

**12.) Az ajánlat benyújtásának címe és módja:**

- címe: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
- módja: postai út vagy személyes átadás

**13.) Az ajánlattétel nyelve:** magyar

**14.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:**

- Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
- 2015. július 20. hétfő, 10:00 óra
- A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti személyek.

**15.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap

**16.) Tájékoztatás az eljárás elbírálásáról:**

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 96. § (4) bekezdésében rögzített 30 napos ajánlati kötöttség időtartamán belül dönt. Ajánlatkérő írásbeli összegezését a Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerinti határidőn belül megküldi az ajánlattevők részére.

### **17.) A szerződéskötés tervezett időpontja:**

A Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint, legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. naptári napon, amennyiben a 11. nap hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapon a 124.§ (8) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével.

### **18.) Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:**

- részajánlat tétel: nem lehetséges
- többváltozós (alternatív ajánlat): nem lehetséges

### **19.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:** 2015. július 10.

### **20.) Egyéb információk:**

- a) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
- b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint, a nyilatkozatot eredetiben kell benyújtania az ajánlatban.
- c) A Kbt. 124.§ (1)-(2) és (4) bekezdési figyelembe vételével ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- d) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
- e) Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésével összhangban 1 eredeti példányban írásban kell közvetlenül benyújtani, illetve postára adni. Az ajánlatot egy példányban elektronikus adathordozón – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájlban – is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem minősülnek elektronikusan benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.
- f) Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja.