

Közbeszerzés

Feladó: Közbeszerzés [kozbeszerzes@emort.hu]
Küldve: 2015. július 10. 12:24
Címzett: 'vallalkozas@hoge.hu'
Tárgy: Ajánlattételi felhívás - "Szent Lázár Megyei Kórház - 2015/S 118-213824 "meglévő röntgen berendezések és mammográf berendezés cseréje ...
Mellékletek: AF KEOP 2 20150710.docx

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft a Szent Lázár Megyei Kórház, mint ajánlatkérő megbízásából mellékelten megküldi a **“Szent Lázár Megyei Kórház KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő röntgen berendezések és mammográf berendezés cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást.

A kézhezvételtől kérem e-mailben visszaigazolást küldeni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:
Goldringné G. Edit
közbeszerzési asszisztens

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló **2011. évi CVIII. törvény** (a továbbiakban Kbt.) szerinti **Kbt. 85.§ (2) bekezdés szerinti gyorsított meghívásos eljárást** folytat le.

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

neve:	Szent Lázár Megyei Kórház
székhelye:	3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
levelezési címe:	3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
telefonszáma:	+36 32522019
telefaxszáma:	+36 32311779
e-mail címe:	szlmk@globonet.hu; sztlazar@globonet.hu
kapcsolattartó:	Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos

képviselőjében eljár **Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.**

címe:	1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11., 4. emelet
telefonszáma:	+36 13028011
telefaxszáma:	+36 12690268
e-mail címe:	<u>kozbeszerzes@emort.hu</u>

2.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő röntgen berendezések és mammográf berendezés cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése a jelen felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint.

I. rész: Röntgen berendezések

1 db Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés
2 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

II. rész: Mammográf berendezés

1 db Digitális mammográfiás röntgen berendezés

A cserélendő (meglévő) röntgen berendezések alapadatai:

Az 1. rész vonatkozásában:

2 db Medicor FT-41 mennyezeti röntgen vizsgáló szerkezet
1 db Siemens Axiom Iconos MD Polydoros LX30

A 2. rész vonatkozásában:

1 db Siemens Mamomat 3000

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott új berendezések leszállítása, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, kezelésük jegyzőkönyvezett oktatása, a meglévő berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása.

A szakszerű telepítéshez és üzembe helyezéshez elengedhetetlenül szükséges járulékos szakipari munkák elvégzése.

3.) A szerződés meghatározása: A KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő röntgen berendezések és mammográf berendezés cseréje új berendezések szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezések selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése.

4.) CPV kódszám

33100000-1 Orvosi felszerelések

1. Rész:

33111000-1 Röntgenberendezések

33111400-5 Röntgenátvilágítási berendezések

2. Rész

33111650-2 Mammográfiai készülékek

5.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés aláírásától számított 90 nap.

6.) Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra: TED 2015/S 118-213824, 2015.06.20.

7.) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatkérő elektronikus úton küldi meg az ajánlattevőknek.

8.) A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a Kbt. 56.§ (1) a-k.) pontjaiban és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alá, illetve arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1) bekezdése és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a-d.) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

9.) Az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszerzőpontok szerint.

Az értékelés szempontjai, súlyszámai I. (1 db Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés és 2 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés) részajánlati körben:

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 198
2. Műszaki tartalom súlyszám: 85

Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés

Mennyiség: 2 db

Gyártó:

Típus:

Érvényben lévő OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Minimum-követelmény vagy értékelési alszempont	Ajánlott paraméter
Röntgeneső				
<p>Anód hőkapacitás</p> <p>Előny a nagyobb érték!</p> <p>A 300 kHU alatti értékek érvénytelennek tekintjük. A 300 kHU érték a minimális pontszámot kapja.,A maximum 750 kHU vagy annál nagyobb értékek a maximális pontszámot kapják! Közötte a pontkiosztás a egyenes arányosítás képletével történik.</p>	<p>Min. 300 kHU</p> <p>Kérjük megadni!</p>	S=25	Értékelési alszempont	...kHU
<p>Cső búra hőkapacitás</p> <p>Az 1500 kHU alatti értékek érvénytelennek tekintjük, Az 1500 kHU érték a minimális pontszámot kapja. A maximum 2500 kHU vagy annál nagyobb értékek a maximális pontszámot kapják! Közötte a pontkiosztás a egyenes arányosítás képletével történik.</p>	<p>Min. 1500 kHU</p> <p>Kérjük megadni!</p>	S=25	Értékelési alszempont	...kHU

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

Érvényben lévő OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Minimum-követelmény vagy értékelési alszempont	Ajánlott paraméter
-------------------------	---------	----------	--	--------------------

Vizsgálószervezet				
Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10	Értékelési alszempont	
Asztallap hosszirányú mozgástartománya Előny a nagyobb mozgás! A 0cm a minimális pontszámot kapja! A maximum 160 cm vagy annál nagyobb értékek a maximális pontszámot kapják! Közötte a pontkiosztás a egyenes arányosítás képletével történik.	Min. 0 cm	S=20	Értékelési alszempont	... cm
Vezérlés				
Generátor, és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=5	Értékelési alszempont	

Az értékelés szempontjai, súlyszerzői II. (1 db Digitális mammográfiás röntgen berendezés) részajánlati körben:

1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszerző: 93
2. Műszaki tartalom súlyszerző: 40

Digitális mammográfiás röntgen berendezés

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

OTH regisztrációs szám:

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszerző	Minimum-követelmény vagy értékelési alszempont	Ajánlott paraméter
Generátor				
Alkalmazható max. mAs érték Előny a nagyobb érték! A 400 mAs-nál rosszabb	Min. 400 mAs Kérjük megadni!	S=10	Értékelési alszempont	

értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a max.600 mAs és a felett ajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.				
Röntgeneső				
Anód anyaga Molibdén-Wolfram Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10	Értékelési alszempon	
Csőbúra hőkapacitás Előny a nagyobb érték! A 300 kHU-nál rosszabb értékeket érvénytelennek tekintjük. A legrosszabb érték a minimális pontszámot kapja, a max.2500 kHU vagy e felett megajánlott érték a maximális pontszámot kapja. Közötte a pontkiosztás az arányosítás képletével történik.	Min. 300 kHU Kérjük megadni!	S=10	Értékelési alszempon	
Fluó detektor				
Detektor konverzió: direkt konverziós Előny a megléte!	Kérjük megadni!	S=10	Értékelési alszempon	

10.) Hiánypótlás lehetősége:

Az ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint

11.) Ajánlattételi határidő: 2015. július 22. szerda, 10:00 óra**12.) Az ajánlat benyújtásának címe és módja:**

- címe: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
- módja: postai út vagy személyes átadás

13.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

14.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

- Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. 3.
- 2015. július 22. szerda, 10:00 óra
- A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti személyek.

15.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap

16.) Tájékoztatás az eljárás elbírálásáról:

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 96.§ (4) bekezdésében rögzített 30 napos ajánlati kötöttség időtartamán belül dönt. Ajánlatkérő írásbeli összegezését a Kbt. 77.§ (1) bekezdése szerinti határidőn belül megküldi az ajánlattevők részére.

17.) A szerződéskötés tervezett időpontja:

A Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint, legkorábban az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő 11. naptári napon, amennyiben a 11. nap hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapon a 124.§ (8) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével.

18.) Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:

- részajánlat tétel: nem lehetséges
- többváltozós (alternatív ajánlat): nem lehetséges

19.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. július 10.

20.) Egyéb információk:

- a) A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
- b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint, a nyilatkozatot eredetiben kell benyújtania az ajánlatban.
- c) A Kbt. 124.§ (1)-(2) és (4) bekezdési figyelembe vételével ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- d) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
- e) Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésével összhangban 1 eredeti példányban írásban kell közvetlenül benyújtani, illetve postára adni. Az ajánlatot egy példányban elektronikus adathordozón – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájlban – is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem minősülnek elektronikusan)

benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó.

f) Ajánlatkérő projektársaság létrehozását kizárja.