

✓
SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ
3100 SALGÓTARJÁN, FÜLEKI ÚT 54-56.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

**„KÓRHÁZI SZOFTVEREK BESZERZÉSE
A TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 PÁLYÁZAT KERETÉBEN”**

TÁRGYÚ

**NEMZETI ELJÁRÁSRENDEN LEFOLYTATOTT
HIRDETMÉNY ÉS TÁRGYALÁS NÉLKÜLI
[KBT. 122/A. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI]
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

2015. március 10.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az Ajánlatkérő, Szent Lázár Megyei Kórház nevében ezennel felkérem, hogy a 2015. március 10. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlattételi határidő: 2015. március 25. szerda, 10:00 óra

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Szent Lázár Megyei Kórház

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Címzett: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos

Tel: +36 32522019

Fax: +36 32311779

E-mail: szlmk@globonet.hu; sztlazar@globonet.hu

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés szerinti eljárás). A hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

Kórházi szoftverek beszerzése a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 pályázat keretében.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

A szerződést a felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 75 napra kötik.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az ajánlattételi felhívásban közölteknek kell mérvadónak tekinteni.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Címzett: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos
Tel: +36 32522019
Fax: +36 32311779
E-mail: szlmk@globonet.hu; sztlazar@globonet.hu

Lebonyolító szervezet:

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. emelet 3. ajtó
Telefon: 06-13028011
Fax: 06-12690268
E-mail: kozbeszerzes@emort.hu, kozbeszerzes5@emort.hu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 122/A.§-ban foglalt különbségekkel.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 52.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:

Adás-vételi szerződés kórházi szoftverek beszerzésére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 pályázat keretében, a dokumentációban (5. kötet – műszaki leírás) foglaltak szerint.

A közbeszerzés mennyisége:

1 db eszközkövető szoftver,
1 db PACS szoftver,
20 db windows operációs rendszer.

4.1. Eszközkövető és kórházi műszer menedzsment rendszer (Sterilanyag dokumentációs rendszer orvosszakmai minimum elvárások)

Szállítandó mennyiség: 1 db rendszer szoftver

Általános elvárások:

Központi sterilizálóban használatos számítástechnikai alapú rendszer, mely biztosítja a sterilanyag

körforgás teljes követhetőségét és a központi sterilizáló tevékenységének dokumentálását. A szoftver alkalmazói nyelve, ill. a megjelenő feliratok, információk magyar nyelvűek. A szoftver magyar nyelvű referencia helyen megtekinthető.

Ajánlatkérő a szoftveren térbeli, időbeli ill. egyéb korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez. Ajánlattevőnek kötelezettsége a megajánlott rendszer működés közbeni bemutatása egy „demo” változaton, az ajánlatok felbontását követő 5 napon belül (a szoftver a teljes folyamatra kell, hogy vonatkozzon). A bemutatónak ki kell terjednie egy rendszer konfiguráció bemutatására, a „demo” változat tartalmazzon minta eszközlístát (szett lista), legyen alkalmas tálca vonalkódok nyomtatására, szkennelvel történő eszköz beolvasására és mutassa be a mosó-fertőtlenítő gépek / sterilizátorok integrálását, valamint a gépek ciklusadatainak rögzítését.

A rendszer szoftver az alábbi részegységekből áll:

Szakmai paraméterek	Követelmény
Biztosítja a sterilanyag körforgás teljes követhetőségét és a központi sterilizáló tevékenységének dokumentálását.	Igen
A szoftver alkalmazói nyelve, ill. a megjelenő feliratok, információk magyar nyelvűek. A szoftver magyar nyelvű referencia helyen megtekinthető.	Igen
Ajánlattevőnek kötelezettsége a megajánlott rendszer működés közbeni bemutatása egy „demo” változaton, az ajánlatok felbontását követő 5 napon belül (a szoftver a teljes folyamatra kell, hogy vonatkozzon). A bemutatónak ki kell terjednie egy rendszer konfiguráció bemutatására, a „demo” változat tartalmazzon minta eszközlístát (szett lista), legyen alkalmas tálca vonalkódok nyomtatására, szkennelvel történő eszköz beolvasására és mutassa be a mosó-fertőtlenítő gépek / sterilizátorok integrálását, valamint a gépek ciklusadatainak rögzítését.	Igen

1 db Szerver szoftvere

Szakmai paraméterek	Követelmény
Szoftverek:	MS SQL Server

8 db PC konfiguráció szoftvere

Szakmai paraméterek	Követelmény
---------------------	-------------

Szoftverek:	MS WIN 7 op. rendszer és MS Office
SQL szerver licence biztosítása szükséges	Igen

Általános tulajdonságok:	Követelmény
Könnyű hozzáférés a naprakész és megbízható információhoz, műszerinformáció központi adatbázisa	Igen
Csomaglisták képernyőn történő megjelenítése, az összes hozzátartozó eszköz visszaigazolásával	Igen
Műszertálcák és egyedi műszerek képének csomaglistán vagy képernyőn történő megjelenítése	Igen
A rendszer biztosítsa a központi sterilizáló munkájának ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerbe történő integrálását	Igen
A rendszer csatlakozzon és kommunikáljon a mosogatógépekkel, autoklávokkal és az alacsony hőmérsékletű sterilizáló berendezésekkel plazma sterilizálókkal	Igen
Informatikai rendszer a beolvasott ciklusdiagramokat, validációhoz szükséges paramétereket archiválja	Igen
A gyártás folyamán az adott rakományhoz, de legkisebb vonalkódos egységhez is a vonatkozó regisztrátumok hozzárendelhetők legyenek	Igen

Címkenyomtatás:	Követelmény
Rendszerhez kapcsolt szkennelő eszközök és tálca összeállítások (szettek) automatikus címke nyomtatását. Címkék nyomtatása igény szerint a csomagoló asztaloknál, a visszaérkezett címkék alapján vagy a vonalkód katalógusból történő szkenneléssel. Címkék a következő információkat tartalmazzák: ki csomagolta, csomagolás dátuma, lejárat dátum, sterilizáló program, és a felhasználó megnevezése. Minden egyes címke egyedi számmal rendelkezzen a műszer követhetőségének biztosítására. Az összes felsorolt információ legyen eltárolva a rendszer adatbázisban. Címkék nyomtatását legalább két előre definiált formában tegye lehetővé a rendszer. A címkék kivitelének kifejezetten tartósnak, a gyártás folyamán keletkező behatásoknak ellenállóknak kell lennie, nem halványulhat el.	Igen