

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000402882020

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **SZLMK SBO eszközbeszerzés**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szent Lázár Megyei Kórház**
neve:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szent Lázár Megyei Kórház	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_2474670 6				
Postai cím:	Füleki Út 54-56						
Város:	Salgótarján	NUTS-kód:	HU313	Postai irányítószám:	3100	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Majorosné Kanyó	Mária					
E-mail:	quadrat@chello.hu	Telefon:	+36 32511714	Fax:	+36 32511714		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szlmk.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	QUADRÁT Építőipari és Kereskedelmi Kft.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_3956407 2				
Postai cím:	Thaly Kálmán Utca 32. 4. em. 6.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1096	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Majorosné Kanyó	Mária					
E-mail:	quadrat@chello.hu	Telefon:	+36 32511714	Fax:	+36 32511714		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.quadrat.hu						

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

SZLMK SBO eszközbeszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés az SZLMK SBO fejlesztésének részeként, magának a Sürgősségi Betegellátó Osztály eszközeinek beszerzésére irányulóan

1. rész Digitális röntgenek

- Mennyezeti röntgen berendezés 2 db

- Nagy tudású digitális mennyezeti röntgen berendezés 1 db

2. rész- Haemodinamikai berendezések

- Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel 1 db

- Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel 1 db

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 117-283414

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 119

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Digitális röntgenek

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.	25873078242
Indoklás: az ajánlatok mindenben megfeleltek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állnak, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkoztak, a szakmai ajánlatuk is megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek.	
1. Nettó ajánlati ár (Ft) 203 960 000 Mennyezeti röntgen berendezés esetén	
2. Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db, min 0 db) 2 - A röntgensőnél lévő kijelzőn a vizsgálat típusa kiválasztható (igen/nem) igen - Rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem) igen	
3. A felvételi asztallap szélessége (min. 80 cm, max. 90 cm) 90 Nagy tudású digitális mennyezeti röntgen berendezés esetén	
4. Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db, min 0 db) 2 - Automatikus fókuszméretbeállítás az APR alapján a kis és nagyfókusz közötti tartományban (nem azonos a kis és nagyfókusz közötti váltással) (igen/nem) igen - Élő kameraképes kollimáció, mely mind a csövön levő legalább 12" érintőképernyős kijelzőn, mind a vezérlő számítógépen egyszerre megjeleníthető (igen/nem) igen	
5. Asztallap hosszirányú mozgása (min. 110 cm, max. 125 cm) 120	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 983.35

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Nettó ajánlati ár Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a max.pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra

$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$
Avizsgált

Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db, min 0 db) A Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a KH„A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően.

$P = \frac{A_{\text{avizsgált}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} + P_{\text{min}}$
Alegjobb

A röntgensőnél lévő kijelzőn a vizsgálat típusa kiválasztható (igen/nem)

Rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem)

A felvételi asztallap szélessége (min. 80 cm, max. 90 cm) Min (legkedvezőtlenebb) 80 cm, max. (legkedvezőbb) 90 cm. A 80 cm alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 90 cm-en felüli vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesítjük be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján alkalmazza.

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax- Pmin) + Pmin
(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)

Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 2 db, min 0 db) A Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a KH „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően.

P= Avizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin
Alegjobb

Automatikus fókuszmetrebeállítás az APR alapján a kis és nagyfókusz közötti tartományban (nem azonos a kis és nagyfókusz közötti váltással) (igen/nem)

Élő kameraképes kollimáció, mely mind a csövön levő legalább 12” érintőképernyős kijelzőn, mind a vezérlő számítógépen egyszerre megjeleníthető (igen/nem)

Asztallap hosszirányú mozgása (min. 110 cm, max. 125 cm) Min (legkedvezőtlenebb) 110 cm, max. (legkedvezőbb) 125 cm. A 110 cm alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 125 cm-en felüli vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesítjük be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján alkalmazza.

Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax- Pmin) + Pmin
(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb)

A pontszámokat két tizedesig számoljuk, ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

FIBRE Medical Orvostechikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1152 Budapest, Illyés Gyula Utca 2-4.

25873078242

Ellenszolgáltatás összege: 203 960 000 Ft

Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MQS Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Sas Utca 8

23323481213

Indoklás: az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:

- Ajánlattevő szakmai ajánlata nem felelt meg az Ajánlatkérő által előírtaknak

Mennyezeti röntgen berendezés

- Hosszirányú mozgástartomány Min. 340 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (320 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Keresztirányú mozgástartomány Min. 210 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (180 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Röntgenső fókuszanak padlótól mért legalacsonyabb távolsága Max. 30 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (31,5 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Színes érintőképernyős kijelző a mennyezeti csőtartón Min. 10" képátló

A megajánlott termék műszaki paramétere (9,7") nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

Röntgen felvételi asztal

- Asztallap keresztirányú mozgástartománya Min. 28 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (25 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Asztal teherbíró képessége Min. 280 kg

A megajánlott termék műszaki paramétere (225 kg) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Asztalra helyezhető detektor tartó állvány oldalirányú felvételekhez, 43X43 cm detektor mérethez. Elvárás: Igen

A megajánlott termék nem rendelkezik a minimum műszaki előírás szerinti követelménnyel.

Generátor és röntgen cső

- Felvételi mAs tartomány Min. 0,1- 800 mAs

A megajánlott termék műszaki paramétere (0,4 mAs- 1000 mAs) eltér a minimum műszaki előírás szerinti követelménytől.

- Kollimátor elfordíthatósága: Min. +/- 90 °

A megajánlott termék műszaki paramétere (+/- 45 °) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

Direkt digitális detektor

- Detektorok aktív képmező mérete Min. 42,0 x 42,0 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (33,2 cm x 34, 04 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Detektorok rendelkezzenek olyan funkcióval, amivel a detektort ért mechanikai hatás (pl. ütés) pontosan mérhető és a helyszínen kiolvasható, dokumentálható (pl. beépített ütészérezkelő). Elvárás: Igen

A megajánlott termék nem rendelkezik a minimum műszaki előírás szerinti követelménnyel.

Vezérlő konzol

- Magyar nyelvű felhasználói felület. Elvárás: Igen

A megajánlott termék nem rendelkezik a minimum műszaki előírás szerinti követelménnyel.

MQS Nagy tudású digitális mennyezeti röntgen berendezés

Mennyezeti röntgenső tartó szerkezet

- Hosszirányú mozgástartomány Min. 340 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (320 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Cső elforgatás a függőleges tengely körül Min. 360 °

A megajánlott termék műszaki paramétere (336°) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Röntgensővön érintőképernyős LCD kijelző Min. 12"

A megajánlott termék műszaki paramétere (9,7") nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

Röntgen felvételi asztal

- Felvételi úszó asztallap hossza Min. 240 cm

A megajánlott termék műszaki paramétere (223 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

- Asztallap motorikus magasság állíthatósága padlótól mérve Min. 55- 90 cm tartományt is magában foglalva A megajánlott termék műszaki paramétere (49,8 - 88 cm) eltér a minimum műszaki előírás szerinti követelménytől.
- Asztal teherbíró képessége Min. 300 kg
A megajánlott termék műszaki paramétere (225 kg) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

Fali állvány

- Detektor középpontjának motorizált magasság állíthatósága, padlótól mérve min. 30- 180 cm
A megajánlott termék műszaki paramétere (31,5- 181,5 cm) nem felel meg a minimum műszaki előírás szerinti követelménynek.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Haemodinamikai berendezések

A szerződés száma: 2

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Virág Benedek Utca 35.	27315383241
Indoklás: az ajánlatok mindenben megfeleltek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állnak, a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre nyilatkoztak, a szakmai ajánlatuk is megfelelt az ajánlatkérői követelményeknek.	
1. Nettó ajánlati ár 695 000 000 Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel esetén	
2. Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 4 db, min 0 db) 4 - Speciális Off-set C-kar mely a gantry és/vagy a páciensasztal elforgatása nélkül lehetővé teszi az femorális régió átvilágítását (igen/nem) igen - Kapacitív szenzoros technológián alapuló intelligens páciens testkontúr követés (a beteg-detektor távolság folyamatos minimalizálásával) (igen/nem) igen - Dózistérkép – bórdózis csúcsok vizuális megjelenítése a páciens testmodell és azon a pillanatnyi röntgensugár grafikai megjelenítésével a vizsgáló monitoron (igen/nem) igen - A készülék képes meszesedések kiemelésére a valós idejű átvilágítási képen legalább kétszeres kontrasztnöveléssel (calcificationenhancement) (igen/nem) igen	
3. Asztallap sugárelnyelése Max. 1.45 mm Al ekvivalens (min. 0,85 mmAl, max. 1,45) Előny a kisebb érték! 0,85	
4. DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (Min. 75%, max. 80%) 80 Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenció radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel esetén	
5. Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 4 db, min 0 db) 4 - A műtőn belül mobil módon mozgatható gantry (azaz nem fixen padlóra vagy mennyezetre telepített C-kar) (igen/nem) igen - Testreszabható parkolási és félreállási (azaz back out) pozíciók a műtő méreteit figyelembe véve (igen/nem) igen - Biopsziatú és markerek 3D rekonstrukciója és megjelenítése CT nézetben a vizsgálóban lévő monitoron 2 átvilágítási kép alapján (igen/nem) igen - Injekció szimuláció, májembolizálás optimalizálására (3D képen kiválasztott injekciós pontból, az embolizált erek ill. embolizált volumen valósidejű nyomonkövetése) (igen/nem) igen	
6. Flat detektor névleges mérete (min. 30 x 30 cm=900 cm ² , max. 1 600 cm ²) 1 681	
7. DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (Min. 75%, max. 80 %) 84	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempont A maximális pontot kapó ajánlat értékelési módszere

Nettó ajánlati ár Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ. 2020. évi 60. szám) - továbbiakban KH útmutató - kiadott útmutatójának 1. számú melléklete A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra

$$P = \frac{\text{Alegjobb} - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} + P_{\min}$$

Avizsgált

Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel esetén

Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 4 db, min 0 db) A Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a KH útmutató 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően.

$$P = \frac{\text{Avizsgált} - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} + P_{\min}$$

Alegjobb

Aztallap sugárelnyelése Max. 1.45 mm Al ekvivalens (min. 0,85 mmAl, max. 1,45) Előny a kisebb érték! Előny a kisebb érték!
Max (legkedvezőtlenebb) 1,45 mmAl, min. (legkedvezőbb) 0,85 mmAl. Az 1,45 mmAl feletti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 0,85 mmAl alatti vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” - továbbiakban Miniszterelnökség útmutató - alapján alkalmazza.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(\text{Alegkedvezőtlenebb} - \text{Avizsgált})}{(\text{Alegkedvezőtlenebb} - \text{Alegkedvezőbb})} * (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (Min. 75%, max. 80%) Min (legkedvezőtlenebb) 75 %, max. (legkedvezőbb) 80 %. A 75 % alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 80 %-on felüli vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség útmutató alapján alkalmazza.

A pontszámítás az alább megadott képlettel történik:

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(\text{Avizsgált} - \text{Alegkedvezőtlenebb})}{(\text{Alegkedvezőbb} - \text{Alegkedvezőtlenebb})} * (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciósi radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel esetén

Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 4 db, min 0 db) A Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (db)- a legjobb, azaz a legtöbb igen választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a KH útmutató 1. számú melléklete A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az igen válaszok számától függően.

$$P = \frac{\text{Avizsgált} - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} + P_{\min}$$

Alegjobb

Flat detektor névleges mérete (min. 30 x 30 cm=900 cm², max. 1 600 cm²) Min (legkedvezőtlenebb) 900 cm², max. (legkedvezőbb) 1 600 cm². A 900 cm² alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 1 600 cm²-n felüli vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség útmutató alapján alkalmazza.

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(\text{Avizsgált} - \text{Alegkedvezőtlenebb})}{(\text{Alegkedvezőbb} - \text{Alegkedvezőtlenebb})} * (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

DQE 0 vonalpár/mm-nél (képminőség) (Min. 75%, max. 80 %) Min (legkedvezőtlenebb) 75 %, max. (legkedvezőbb) 80 %. A 75 % alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. A 80 %-on felüli vállalás esetén egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározását a Miniszterelnökség útmutató alapján alkalmazza.

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(\text{Avizsgált} - \text{Alegkedvezőtlenebb})}{(\text{Alegkedvezőbb} - \text{Alegkedvezőtlenebb})} * (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, 27315383241

Virág Benedek Utca 35.

Ellenszolgáltatás összege: 695 000 000 Ft

Indoklás: az ajánlat megfelelt a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, kizáró okok nincsenek, műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket igazolta, a szakmai ajánlat is megfelel az ajánlatkérői követelményeknek. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a felhívásban rögzített Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot tette. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezettel.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2020.09.04

Lejárata: 2020.09.13

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A szerződéskötési moratórium az eljárás 2. részénél a Kbt. 131. § (8) bek. a) pontja alapján nem releváns.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.09.03

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.09.03

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ▾	Indítás dátuma ▾	Indító felhasználó ▾
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2020.08.27 10:24:10	SU03772

Összesen: 1 sor (1 / 1)